DATU APSTRĀDES UN MODELĒŠANAS DATORPROGRAMMAS *LABVIEW* PIELIETOŠANA





Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības enerģētikas institūts

DATU APSTRĀDES UN MODELĒŠANAS DATORPROGRAMMAS *LabVIEW* PIELIETOŠANA

Jelgava 2008



Mācību līdzeklis sagatavots un izdots ESF projekta "Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē" ietvaros, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Datu apstrādes un modelēšanas datorprogrammas LabVIEW pielietošana: Mācību līdzeklis / sast. A.Galiņš, A.Laizāns. – Jelgava: LLU, 2008. – 40 lpp.

Mācību līdzeklis ir paredzēts inženiertehnisko specialitāšu studentiem un visiem interesentiem, tas ļauj iepazīties ar firmas *National Instruments* izveidoto modelēšanas un datu apstrādes programmu LabView. Par pamatu izmantota programmas versija 7.1., kaut gan šobrīd pieejama jaunāka versija 8.5. Tā kā šis materiāls dod ieskatu programmas LabView lietošanas pamatos, to var izmantot arī jaunākās programmas versijas pamatu apgūšanai.

ISBN 978-9984-784-61-8

© Ainārs Galiņš, Aigars Laizāns © LLU Tehniskā fakultāte

SATURS

Piezīmes	4
Ievads	5
1. LabView Virtuālie Instrumenti	7
1.1.Virtuālā Instrumenta struktūra	8
1.2. Virtuālā Instrumenta izveide	9
2. Izveidotā VI modificēšana.	15
2.1. Papildus vadības un kontroles elementu un ierīču izvietošana	15
2.2. VI elementu savienošana.	17
2.3. VI īpašību maiņa	19
2.4. VI starpelementu pievienošana	21
2.5. Vairāku signālu attēlošana uz VI grafiskā displeja	23
2.6. Regulēšanas pogas adaptācija	24
2.7. Grafiskā displeja adaptācija	26
2.8. Kopsavilkums	29
3. Signāla analīze un uzkrāšana.	30
3.1. Signāla analīze	30
3.2. Signalizācija VI lietotājam	33
3.3. Datu saglabāšana failā	37
3.4. Kopsavilkums	38
4. Papildfunkcijas darbā ar LabView	39
Ieteicamā literatūra un citi resursi	40

Mācību līdzekļa tekstā izmantoti šādi simboli un pieraksta veidi:

- Šāds simbols rāda, kādā secībā notiek pāreja no viena programmas dialoga loga uz nākošo, lai sasniegtu atbilstošo darbības komandu un to izpildītu. Piemēram, teksts File>Page Setup>Option nozīmē, ka, izpildot šo darbību secību, kur sākumā jāieiet komandrindā pozīcijā File un, atverot šo izvēlni, jāizvēlas PageSetup pozīcija, kur tālāk jāizvēlas Options pozīcija.
- NB! šis simbols parāda vietu, kur atzīmēta svarīga informācija par apskatāmo tēmu.
- šis simbols parāda vietu, kur atzīmēta papildinformācija par apskatāmo tēmu.
- bold ar izcelto druku rakstītais teksts norāda tās vietas un komandas programmā, kuras jāizvēlas darba laikā. Teksts var attiekties gan uz parametru vārdiem un nosaukumiem, gan vadības pogām un slēdžiem uz virtuālā instrumenta priekšējā paneļa, gan uz dialoga logiem un to saturu, vārdiem izvēlnēs un programmas logos.
- Italic kursīvā (Italic) dotais teksts norāda uz mainīgajiem lielumiem programmas izmantošanas laikā, kā arī parāda to vārdu vai lielumu, kas jāievada konkrētajā brīdī.
- Teksts šādā drukā rakstītais norāda to tekstu, kas jāievada tieši no datora klaviatūras.
- **Teksts** šādā izceltā (**bold**) drukā parādīts teksts, kuru ziņas veidā dators izvada uz ekrāna.

IEVADS

Datortehnikas attīstība ir radījusi straujas izmaiņas ne tikai datu plūsmas un informācijas apjomu ziņā, bet arī būtiski izmainījusi procesu izpētes un datu savākšanas un apstrādes principus un tehnoloģijas. Mērīšanas un datu apstrādes ierīces, izmantojot datortehnikas un programnodršinājuma sniegtās papildiespējas, ir būtiski mainījušas inženieru, tehniķu un zinātnieku darba apstākļus, minimizējot tehnisko iekārtu skaitu un apjomu, ļaujot uzlabot datu savākšanas kvalitāti un ātrumu, kā arī ar minimāliem līdzekļiem veikt apjomīgus virtuālus modelēšanas procesus, tā paātrinot izpēti un projektēšanu.

Būtisks notikums mērīšanas un datu savākšanas jomā bija DAQ – (Data Acquisition Board) datu savākšanas plašu jeb moduļu izveide. Šīs elektronikas ierīces, kuru konfīgurācija ļauj tās ievietot gandrīz jebkurā datorā, kopā ar atbilstošu programmnodrošinājumu (piemēram, LabView) ļauj pārvērst parastu datoru par augstas kvalitātes datu uzkrāšanas un savākšanas mērierīci, dodot iespēju pēc datu nolasīšanas veikt to apstrādi. Tā veidojās virtuālās mērīšanas sistēmas (VMS) – kompleksas ierīces, kurās ietilpst dators, DAQ, kurā iekļauts daudzkanālu signāla pārveidotājs no analogās formas uz ciparu formu (ACP), mērierīces, kuru arī var vadīt ar šī paša datora palīdzību, kā arī mērījumu rezultātu un apstrādes rezultātu vizualizācijas ierīces (monitors, printeris). Pie tam būtiska šādas VMS atšķirība no tradicionālajām mērīšanas un datu savākšana sistēmām ir tā, ka VMS elementu funkcijas, vadības interfeisu, datu savākšanas un apstrādes algoritmu nosaka nevis iekārtas ražotājs, bet gan tās lietotājs.

Līdz ar to var definēt arī VMS galveno īpašību:

 Ar vienu un to pašu iekārtu un programmnodrošinājuma kopumu var izveidot ļoti dažādas mērīšanas un datu savākšanas sistēmas, kuras darbojas pēc atšķirīgiem algoritmiem un kurām ir atšķirīgs vadības interfeiss.

5

Firmas *National Instruments* radītais programmnodrošinājums LabView ir pilna apjoma grafiskās programmēšanas valoda, kura lieto tā saucamo GUI (Graphical User Interface) jeb grafisko programmēšanas interfeisu, kas ļauj izmantot t.s. Drag-and-Drop jeb "Paņem un noliec" principu. Šāds programmēšanas princips ļauj ar datorpeles palīdzību veidot gan ierīces interfeisu, gan arī darbības algoritmu, izmantojot virtuālos elementus un sistēmas, kuras iekļautas virtuālo iekārtu vadības blokos.

LabView iekļautie programmēšanas principi un User-Friendly jeb lietotājam draudzīgā programmēšanas vide ļauj to izmantot gan pieredzējušam profesionālim, gan iesācējam. Sarežģīti uzdevumi un kompleksi risinājumi tiek vizualizēti, izmantojot vienkāršus un saprotamus principus, operāciju un komandu plūsma izveidota secīgā veidā, grafiski parādot izpildāmos uzdevumus un iekārtu darbības algoritmus.

Daudz plašāku informāciju par programmas LabView izmantošanu var atrast gan firmas *National Instruments* mājas lapā <u>www.ni.com</u>, gan arī programmas pilnajā instalācijas versijā Help failā, gan arī ar programmu kopā iegādātajā lietotāja rokasgrāmatā (LabView User Manual).

1. LABVIEW VIRTUĀLIE INSTRUMENTI

Galvenā programmas LabView sastāvdaļa ir Virtuālie Instrumenti (VI). VI ir apakšprogrammas, kas uz datora ekrāna un arī algoritmu līmenī imitē reālu iekārtu – osciloskopu, signālģeneratoru, multimetru, u.c. darbību un izskatu. LabView bibliotēkā ir iekļauts liels dažādu VI skaits un dažādība, kas ietver sevī gan datu savākšanas, analīzes uzkrāšanas un vizualizācijas ierīces, gan arī ierīces, kas ļauj meklēt kļūdas izveidotās sistēmas darbībā.

Tajā pašā laikā LabView dod iespēju izvēlēties ne tikai nepieciešamos VI elementu un ierīču līmenī (integrētu ierīču līmenis), bet arī paņemt jau gatavus uz konkrētas problēmas risināšanu orientētus VI blokus (problēmorientēto VI līmenis), un ārējo ierīču vadības dziņus un ierīces (instrumentālo VI līmenis).

Izmantojot LabView, katrs lietotājs var izveidot sev nepieciešamo ierīces vai sistēmas vadības paneli ar sev nepieciešamajiem elementiem – kontroles elementiem, signālierīcēm. Kā kontroles elementi var būt gan pagriežamas vai pārbīdāmas vadības pogas, gan dažāda veida vairāku pozīciju pārslēgšanas vai tikai divpozīciju slēdži, gan jebkura cita informācijas ievades ierīce. Kā datu atspoguļošanas un signalizācijas ierīces kalpo gan vienkārši gaismas elementi (spuldzīte, gaismas diode), gan digitālie un analogie displeji, gan datu grafiki. Pēc sevis izvēlētā ierīces vadības interfeisa izveides VI autors nosaka to savstarpējās darbības algoritmu, kuru pievieno izveidotajai blokdiagrammai.

VI izmantošanas lietderību apstiprina sekojoši pozitīvi aspekti:

- Tie ir vizuāli vienkārši, viegli konstruējami jebkura līmeņa programmētājam.
- Tie ir viegli lietojami, adaptējami individuālām vajadzībām.
- Kaut arī VI iekšējā struktūra ir kā "melnā kaste" lietotājam, galvenais to uzdevums ir funkcionāla izejas/ieejas līmeņu salāgotība, kas ļauj būtiski

atvieglot konstruēšanas un sistēmas izveides procesu (kā mīnusu var atzīmēt to, ka lietotājam nav zināma konkrētās "melnās kastes" kļūda, kas var radīt ievērojamu summāro izejas parametru kļūdu, ja nenotiek atbilstoša kļūdas korekcija).

 Saslēgšanas kļūdas gadījumā (piemēram, ampērmetrs ieslēgts ķēdē paralēli, nevis virknē!!!) nenotiek VI fiziska bojāeja, kā tas notiktu darbā ar reāliem instrumentiem.

LabView ļauj izveidot arī komunikatīvās saites un vadīt ārējās fiziskās ierīces, kas savienotas ar datoru ar dažādu protokolu, komunikācijas standartu un savienojumu veidiem (RS-232, RS-485, u.c.).

1.1.VIRTUĀLĀ INSTRUMENTA (VI) STRUKTŪRA

VI sastāv no interaktīva interfeisa, datu (informācijas) plūsmas diagrammas un saslēguma piktogrammas, kurā norādītas signālu ieejas un izejas.

Par interaktīvo interfeisu tiek saukts ierīces priekšējais panelis (Front Panel), jo tas modelē reālas ierīces priekšējo paneli. Kā paneļa elementi var būt gan pagriežamas vai pārbīdāmas vadības pogas, gan dažāda veida vairāku pozīciju pārslēgšanas vai tikai divpozīciju slēdži, gan jebkura cita informācijas ievades ierīce. To stāvokļa maiņu veic, imitējot pārslēgšanu, rotora griešanu vai slīdņa pārbīdi, par darbības izpildes ierīci izmantojot vai nu datora peli, vai klaviatūru. Iegūtos rezultātus atspoguļo vai nu uz datora monitora, vai uz kādas citas informācijas izvades ierīces (printeris, projektors, u.c.).

VI darbojas atbilstoši no blokshēmas saņemtajam darbības algoritmam, kuru nosaka lietotājs.

Savienošanas piktogrammas un saites starp VI ir līdzvērtīgi savienojumiem ar vadiem reālās ierīcēs, un nodrošina VI un to daļu komunikāciju. Šāda principa realizācija ļauj veikt jaunizveidotā VI vienkāršotu un ātru pieslēgšanu citiem VI.

8

1.2. VIRTUĀLĀ INSTRUMENTA (VI) IZVEIDE

VI izveides apguvei tiek izmantots sekojošs piemērs – "Izveidot ierīci, kas ģenerē signālu un parāda iegūto signālu kā grafīku".

Reāli dabā šāds komplekss būtu signālu ģeneratora un osciloskopa slēgums.

JAUNA VI VEIDOŠANA

Visas nepieciešamas funkcijas un darbības, kas vajadzīgas LabView vidē, ir apkopotas sagatavju veidā. Lietotājam tikai jāveic atbilstošā izvēle.

Lai izveidotu VI, jāstartē programma LabView. Parādās sekojošs ekrāns, kuru nākošajā LabView palaišanas reizē var atslēgt (atzīmējot kvadrātveida lodziņu attēla lejasdaļā).



Ja nav nepieciešama neviena no piedāvātajām komandām, spiežam izvēlni **Continue**. Atvērsies nākošais logs:



Šajā LabView dialoga logā jāizvēlas komanda New.

Parādīsies sekojošs LabView logs:

New		- 0 ×
Create new: Blank VI VI from Template	Front panel preview	Description Use this template to generate a signal and display the generated data in a graph.
Data Acquisition with NI-DAQmx.vi Frameworks Instrument I/O (GPIB) Read and Display	ан арана а а а	Use this template with the exercises in the Getting Started with LabVIEW manual.
Generate and Display Load from File and Display		have automatic error handling enabled by default.
Generate, Analyze, and Display Generate and Display B— Other Document Types	Block diagram preview	
	· Ē-•	
Browse for Template		
◯ Small dialog	(OK Cancel Help

Šajā logā tā kreisajā panelī Create new: jāizvēlas VI From Template ≫ Tutorial(Getting Started) ≫Generate and Display teksta rinda (tā iekrāsojas).

Apstiprinām savu izvēli, spiežot OK.

Izvēli var apstiprināt, arī divreiz noklikšķinot uz rindu Generate and Display (kā lielākajā daļā programmnodrošinājumam Windows vidē.).

Parādīsies divi jauni logi - VI priekšējas panelis un blokdiagramma.



VI priekšējais panelis

Kā redzams, VI priekšējais panelis ir pelēki rūtota taisnstūra virsma, uz kuras redzama vadības ierīce – poga Stop, un indikators – grafiskais displejs. Šī loga augšējā malā var izlasīt, ka šis ir Generate and Display VI priekšējais panelis.

Šī loga augšējā malā ir gan tradicionālās izvēlnes (File, Edit, u.c.), gan arī VI palaišanas un apturēšanas pogas 🔊 🕲 💷

NB! Gadījumā, ja VI priekšējais panelis nav redzams, to var ieslēgt, ieejot izvēlnē **Windows≫ShowFronPanel.**

Nospiežot palaišanas pogu 🔄, varam palaist šo jaunizveidoto VI. Uz displeja parādīsies sinusoidāls signāls (palaišanu var veikt arī izpildot izvēlni **OperateRun**).

Nospiežot pogu STOP uz VI priekšējā paneļa, sinusoidālais signāls apstāsies.

NB! Kaut arī var apturēt VI darbību, nospiežot pogu Abort , tiek ieteikts apturēšanu veikt ar pogu STOP uz VI priekšējā paneļa.

Tā ar vienkāršām darbībām virtuālā programmēšanas vidē iegūta nepieciešamā ierīce – VI, kas gan ģenerē sinusoidālu signālu, gan arī to atspoguļo uz grafiskā displeja. Pie tam to var vadīt – gan ieslēgt, gan izslēgt.



Ar VI priekšējo paneli cieši saistīts kontroles funkciju panelis, kas ļauj papildināt priekšējo paneli ar nepieciešamiem elementiem.





Blokdiagramma ar funkciju paneli

Blokdiagrammas logā redzami VI, kas iekļauti mums nepieciešamajā kombinētajā VI – ģenerējošais VI, Informāciju atspoguļojošais VI, kontroles elements – ieslēgšanas un apturēšanas poga, kā arī informatīvā sasaiste starp tiem. Arī šī loga augšējā malā var izlasīt, ka šis ir ar Generate and Display VI veikšanu saistīts logs – Generate and Display VI blokdiagramma.

NB! Gadījumā, ja VI priekšējais panelis nav redzams, to var ieslēgt, ieejot izvēlnē Windows≫ShowBlockDiagram.

Blokdiagrammas tuvumā un ciešā sasaistē ar to ir arī funkciju panelis.



Ar tā palīdzību var tikt veikta izveidotā VI modificēšana.

2. IZVEIDOTĀ VI MODIFICĒŠANA

Ļoti svarīga VI funkcija, kuras nebija iepriekš paskatītajā piemērā un jaunizveidotajā VI, ir iespēja simulēt reālas ierīces vadību, ar virtuāliem vadības elementiem (grozāmpogas, slīdņi, slēdži) mainot tās izejas parametrus. Lai pārbaudītu šo iespēju, pievienosim izveidotajam VI regulēšanas pogu izejas signāla amplitūdas maiņai ar rokas vadību.

2.1. PAPILDUS VADĪBAS UN KONTROLES ELEMENTU UN IERĪČU IZVIETOŠANA

Šim nolūkam uz kontroles paneļa (kuru vizualizē ar komandu Windows ≫ ShowControlsPalette) jāizvēlas ikona Numeric Controls.



Atvērsies Numeric Controls palete:

🔁 Numeric	Controls			
🗘 🔍 Search				
		Vertical Pointer Slide		
123	0 5 10	0 5 10	10- 5- 0-	10- 5- 0-
Num Ctrl	Fill Slide	Pointer Slide	Fill Slide	Pointer Slide
2-0	2-	8		
Knob	Dial	Color Box		

Piespiežot un turot datorpeles kreiso taustiņu, paņemam un aizvelkam elementu Knob (grozāmpoga, kloķis) uz VI priekšējā paneļa kreiso pusi (vai jebkuru citu vietu, ko lietotājs uzskata par ērtu lietošanai uz viņa izveidotā VI priekšējā paneļa). Palaižot vaļā peles kreiso taustiņu, jaunais elements tiek nofiksēts VI priekšējā panelī.

Izveidojies jauns VI panelis, kuram vēlāk pievienosim arī amplitūdas maiņas funkciju, ko varēs veikt ar grozāmās pogas palīdzību.



Izpētot šī paša VI blokdiagrammu, var pamanīt, ka arī tajā ir notikušas izmaiņas – parādījies jauns elements Knob, kurš gan nav savienots ar pārējiem VI elementiem:



NB! Neaizmirstiet ik pa brīdim veikt modificētā VI faila saglabāšanu (šajā piemērā fails tika saglabāts kā piemers.vi).

2.2. VI ELEMENTU SAVIENOŠANA

Lai ar uz VI priekšējā paneļa izvietotās grozāmās pogas palīdzību varētu mainīt VI izejas signāla amplitūdu, uz blokdiagrammas loga atrodam elementu Knob. Pārvietojam kursoru uz Knob kreiso malu, līdz trīsstūrim uz tā ikonas, kas ar virsotni vērsts uz āru no elementa, un apzīmē tā izejas kopni (brīdī, kad tiks sasniegts atbilstošais kursora novietojums, pie šī trīsstūrīša iemirgosies sarkans punkts, un kursora izskats mainās – tas kļūst par mazu spolīti ar vadu). Šajā brīdī jānospiež datorpeles kreisais taustiņš, un izveidojusies līnija (vads) aiz tās gala jāvelk uz signālģeneratora ieeju, kas atbilst mums nepieciešamajai funkcijai – uz ieeju Amplitude. Ja veiksmīgi izdevās savienot šos divus elementus, savienojuma līnija ir bez papildelementiem.

Ja savienojums neizdevās vai savienojuma gals ir ar liekiem elementiem, programma parāda brīdinājumu "**Wire has loose ends**" – savienojumam ir brīvi gali. Tad jāizdzēš izveidotais savienojuma vads, un jāvelk jauns.

Signālģeneratora ieejas kopnes atrodas tā kreisajā pusē, un apzīmētas ar uz signālģeneratora iekšu vērstiem trīsstūriem, kuriem katram ir savs nosaukums un funkcija, kas izgaismojas, ja ar kursoru tiem pieskaras.

Izveidosies nākošajā attēlā redzamais slēgums. Tajā vairs nav brīvu nesaistītu elementu.



Savienojumu var vilkt arī no signālģeneratora uz regulēšanas pogu. Nav svarīga šī secība, ir svarīgs tikai savienojuma atbilstība ieejas un izejas funkcijām.

Palaižot ar **Run** pogu modificēto VI, var konstatēt, ka it kā nekas nenotiek – uz VI priekšējā paneļa displeja ekrāna ir tikai taisna līnija. Tomēr patiesībā VI strādā. Par to var pārliecināties nedaudz pagriežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, ieraugām, ka uz VI priekšējā paneļa displeja ekrāna parādās sinusoidāls signāls tāpat kā iepriekš, pie tam tā amplitūda mainās līdz ar pogas pagrieziena leņķi (stāvokli no 0 punkta).

Tā ar ļoti vienkāršu paņēmienu ir izdevies iegūt no ārpuses manuāli regulējamu VI – sinusoidālu signālu signālģeneratoru.

Līdzīgi kā ar amplitūdas maiņu, ar papildinātām kontrolierīcēm var mainīt arī signālģeneratora frekvenci.

2.3. VI ĪPAŠĪBU MAIŅA

Kā jau tika minēts iepriekš, šis VI sastāv no apakšelementiem – arī VI, kuriem katram ir maināmas īpašības.

Šajā piemērā interesantākais apakšelements – VI, ir signāla simulācijas VI.



Simulate Signal
Sawtooth
error out 🔸
 Amplitude
error in (no error)
 Frequency
 Offset
 Phase
 Reset Signal

Šādi tas izskatās standartizmērā. Un šāds tas ir, kad to vertikāli pastiepjam.

Uz tā priekšējās virsmas ir atsevišķi informējoši uzraksti par tā darbības režīmiem, kā arī ir redzamas ieejas un izejas kopnes (attiecīgi VI kreisaja un labajā pusē).

Signal type Sawtooth	~		
Frequency (H2) 10,1 Amplitude 1 Add noise Noise type Uniform White Noise Noise amplitude	Phase (deg) 0 Offset 0 Seed number	Duty cycle (%) 50 Trials	0,5- 0,5- -0,5- -1- 0 Time
0,6 Timing Samples per second (Hz) 1000 Number of samples 100 V Au	Simulate acc Run as fast comatic	1 uisition timing as possible	Time Stamps
Integer number of cycle Actual number of sample 100 Actual frequency 10,1	es		Signal Name Use signal type name Signal name Sawtooth

Divreiz uzklikšķinot uz šī VI ar kursoru blokdiagrammas logā, atveras tā darbības algoritma logs.

- (šajā pašā režīmā var nonākt, izmantojot komandrindu Properties, kas uzrodas, ja uz elementa novieto kursoru un uzspiež datorpeles labo taustiņu).
- Katram elementārajam VI ir savs (un dažādiem VI dažāds) darbības algoritma logs, kurā jāieskatās, lai izvēlētos šī konkrētā VI darbības principus un režīmus.
- NB! Gadījumā, ja VI blokdiagramma nav redzama, to var ieslēgt, ieejot izvēlnē
 Windows≫ShowBlock Diagram

Kā redzams, izpētot šo logu, var mainīt šī elementārā VI izejas un ieejas parametrus – gan signāla formu (sinusoīda, zāģis, taisnstūris), gan arī tā frekvenci, fāzu nobīdi, amplitūdu. VI vadības bloks ļauj iestatīt arī tā vadības un darbības principus – darbības laiku, ilgumu, u.c.

Piemēram, izvēloties signāla tipu "Sawtooth" – iegūst zāģveida signālu signālģeneratora izejā.

NB! Sevis izdarītā izvēle elementārajā VI jāapstiprina, nospiežot pogu OK.

2.4. VI STARPELEMENTU PIEVIENOŠANA

Ļoti bieži nepieciešams esošā VI ievietot papildus elementus, kas maina kāda atsevišķa elementa vai signāla darbību.

Apskatīsim piemēru, kad ir nepieciešams izmainīt signāla mērogu. Lai to izdarītu, signāla vadā, kas savieno signālģeneratora izeju ar grafisko displeju, jāievieto papildelements.

Tāpēc vispirms jāatvieno signālģenerators no grafiskā displeja, nodzēšot tos savienojošo vadu. Pēc tam jāizvēlas un VI jāievieto papildelements (elementārs VI), kas nodrošina nepieciešamās izmaiņas šajā starpposmā. No blokdiagrammas tuvumā esošā funkciju paneļa izvēlamies ikonu **Arith/Compare**, kas ļaus izvēlēties salīdzināšanas VI.



Arithmetic & Comparison panelis izskatās sekojoši:

🔁 Arithmeti	ic & Compa	8 ×
🗘 🔍 Search	8 0	
Formula 123 Numeric	Scale & Map	Jf(x) Time Domain Image: Comparison

Līdzko izvēlamies un nospiežam ikonu, kura ļaus izvēlēties mēroga maiņu un/vai signāla normalizēšanu (**Scale & Map**), un ar kursoru pārbīdām šo ikonu uz blokdiagrammas laukumu, atveras šī VI īpašību logs, kas jāaizpilda. Izvēloties tikai signāla mēroga maiņu, pieņemam reizinātāju lineārai sakarībai 10, un to arī ievadām īpašību loga atbilstošajā šūnā, izvēli apstiprinot ar **OK**.

Configure Scaling and Mapping ×				
Scaling or Mapping Type				
O Normalize				
Lowest peak Highest peak 0 1				
● Linear (Y=mX+b)				
Slope (m) Y intercept (b)				
dB reference				
O Interpolated				
Define Table				
OK Cancel Help				

Tad jāsavieno visi brīvi stāvošie elementi savā starpā ar vadu. Tiek iegūts sekojošs VI. Palaižot darbībā šo VI, var konstatēt, ka izejas signāla amplitūda, ko rāda grafiskais displejs, ir 10 reizes lielāka nekā pirms šī papildelementa ievietošanas. Tas nozīmē, ka Scaling &Mapping VI, kura faktors ir 10, reāli strādā šajā jaunajā VI.



2.5. VAIRĀKU SIGNĀLU ATTĒLOŠANA UZ VI GRAFISKĀ DISPLEJA

Bieži nepieciešams iegūt signāla un tā iedarbes momentānos grafikus vienā displejā. Lai to nodrošinātu ar tehniskajiem līdzekļiem, nepieciešams vismaz divkanālu osciloskops. Virtuālajā vidē to var nodrošināt, vienkārši izmantojot **Merge Signals** funkciju. Piemēram, ja nepieciešams uz grafiskā displeja iegūt gan pamatsignālu no signālģeneratora, gan arī pastiprināto signālu, izmanto to, ka tiek vilkts vēl viens vads no signālģeneratora uz to vadu, kas savieno Scaling & Mapping VI ar grafisko displeju. Brīdī, kad šie divi vadi savienojas, izveidojas jauns elements – **Merge Signals,** kurš nodrošina to, ka abi signāli, kuri iet uz grafisko displeju tiks parādīti atsevišķi, nevis summēti vai atņemti viens no otra, kā tas notiktu reālās tehniskās ierīcēs, kuras savienotas savā starpā ar vada palīdzību. Pareizi izveidota VI shēma izskatās sekojoši:



NB! Neaizmirstiet ik pa brīdim veikt modificētā VI faila saglabāšanu (it īpaši tas nepieciešams, kad veiktas sarežģītas algoritma uzstādījumu procedūras).

Palaižot šādi konfigurētu VI, iegūstam grafisko signālu, kurā redzamas divas līnijas, no kurām viena ir ar 10 reizes lielāku amplitūdu nekā otra. Pie tam, mainot regulēšanas pogas stāvokli, var konstatēt, ka mainās gan signāla amplitūda, gan arī līdz

ar amplitūdas izmaiņām automātiski mainās grafiskā displeja mēroga vertikālā komponente, tā nodrošinot atbilstošu vizuālās informācijas atspoguļojumu.



2.6. REGULĒŠANAS POGAS ADAPTĀCIJA

Tad, kad regulēšanas pogu izmantoja signālģeneratora amplitūdas maiņai, ieejas nosaukums Amplitude bija atbilstošs. Tomēr ļoti bieži, lai vienkāršotu sapratni par ierīces pielietojumu, tiek izmantoti citi, daudz ātrāk uztverami jēdzieni, piemēram, amplitūdas vietā rakstot "Skaļums". Pielāgosim mūsu VI ievietoto regulēšana spogu un tās īpašības mūsu šībrīža VI vajadzībām.

Knob Pro	perties: Sl	anum	s		×
Appearance	Data Range	Scale	Format and Precision	Text Labels	
Label Visit Skajums Enabled St Enabled St Dis Dis Needle1	ate		Caption Visible	Add [Delete
			ОК	Cancel	Help

Lai to izdarītu, ar kursoru jāaiziet uz regulēšanas pogas ikonas VI blokshēmā, un uzspiežot datorpeles labo taustiņu, jāizvēlas komanda Properties. Atvērsies regulēšanas pogas logs, kurā iespējams mainīt gan šīs pogas izskatu, krāsas, gan tās diapazonu, mēroga faktoru, signāla izmaiņas formātu un precizitāti, kā arī nosaukt to atbilstoši VI raksturam.. Izvēle jāapstiprina, uzspiežot OK. Tiks iegūts modificēts VI izskats:



Veidojot savām vajadzībām visatbilstošāko VI, var izvēlēties gan iekārtas uzdevumam, gan autora garastāvoklim šajā brīdī visatbilstošāko izskatu, krāsu kombināciju un dizainu un vadības izvietojumu. Tas nekādā ziņā neietekmēs VI darbību, toties vairāk motivēs darbam.

2.7. GRAFISKĀ DISPLEJA ADAPTĀCIJA

Arī informācijas grafiskās izvadīšanas iekārtas ir modificējamas un pielāgojamas individuālām vajadzībām. It īpaši tas nepieciešams, ja uz viena grafiskā displeja tiek attēloti divi vai vairāki signāli un informācijas plūsmas. Apskatot attēlu grafiskajā displejā, var pamanīt, ka paskaidrojošais teksts tā augšpusē ir tikai par vienu no signāliem, kaut arī displejs parāda abus signālus.



Lai būtu iespējams ieraudzīt paskaidrojumus abiem signāliem, ar kursora un peles kreisā taustiņa palīdzību jāpalielina paskaidrojumu loga izmērs vertikālā virzienā.



Līdzīgi kā iepriekš modificējām regulēšanas pogu, caur **Properties** komandu varam modificēt arī grafisko ekrānu, mainot gan signālu nosaukumus, gan krāsas, u.c.

Ja sākumā mums bija:



tad ar šīs komandas palīdzību varam iegūt:



vai jebkuru VI uzdevumam un mūsu vēlmēm atbilstošu signālu nosaukumu.

- NB! Sava izvēle Properties logā jāapstiprina ar OK.
- **NB!** Neaizmirstiet ik pa brīdim veikt modificētā VI faila saglabāšanu.

2.8. KOPSAVILKUMS

- LabView dialoga logs, ar kuru uzsākam darbu ar šo programmu, dod iespēju izmantot gan jau esošu VI failus, gan veidot pilnīgi jaunus VI.
- Jaunu VI veidošanu atvieglo liels skaits sagatavju, kuras pieejamas VI instalācijas paketē.
- Pilna LabView instalācija ietver sevī arī plašu lietotāja rokasgrāmatu un palīdzības (Help) failu sistēmu, ar kuras palīdzību gan iesācējs, gan pieredzējis lietotājs spēs atrisināt darba laikā radušos problēmjautājumus.
- Katrs VI sastāv no priekšējā paneļa ar vadības un kontroles elementiem un datu vizuālās atspoguļošanas elementiem, un no blokshēmas ar tajā ietverto VI darbības algoritmu.
- Kontroles un vadības elementi apkopoti īpašā Kontroles ierīču paletē. Tie ietver sevī gan regulēšanas pogas un slīdņus, gan slēdžus un citas informācijas ievadīšanas ierīces, gan arī informācijas atspoguļošanas ierīces – grafiskos displejus, gaismas diodes, u.c.
- Ļoti būtiska VI sastāvdaļa ir to īpašību logi (Properties). To parametru izmaiņa ļauj izmainīt elementārā VI darbību, kā arī vizualizēt nepieciešamos parametrus, pie tam adaptējot to katra atsevišķa lietotāja/programmētājā vēlmēm.
- Blokdiagrammas logs satur sevī VI elementu mijiedarbības un visa VI darbības algoritmu. Svarīga tā funkcija ir ātrās VI sagataves jeb Express VI, kuri atspoguļoti Functions paletē. No šīs paletes var izvēlēties starp ļoti daudziem elementāriem VI, kuru kombinēšana savā starpā nodrošina nepieciešamā darbības modeļa un VI izveidi.

3. SIGNĀLA ANALĪZE UN UZKRĀŠANA

Programma LabView nodrošina ne tikai VI izveidi, lai aizstātu laboratorijas iekārtu fizikālās versijas. Funkcionālajā paletē iekļautie Ekspress VI ļauj ne tikai mainīt signāla formu, bet arī palīdz veikt signāla analīzi un uzkrāt signālu datu veidā (failā) tālākai izmantošanai.

3.1. SIGNĀLA ANALĪZE

Lai varētu izveidot piemēru šādam VI, izveidosim jaunu VI no New. komandas.



Tikai šoreiz izmantosim citu piemēru – to, kurā ir iespēja veikt arī signāla analīzi.

Šajā logā tā kreisajā panelī Create new: jāizvēlas VI From Template ≫ Tutorial(Getting Started) ≫ Generate, Analyze and Display teksta rinda (tā iekrāsojas). Apstiprinām savu izvēli, spiežot OK.

Izvēli var apstiprināt, arī divreiz noklikšķinot uz rindu Generate, Analyze and Display (kā lielākajā daļā programmnodrošinājumam Windows vidē.)

Līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, parādīsies divi jauni logi – VI priekšējas panelis un blokdiagramma.

Ātrā pāreja starp VI priekšējā paneļa logu un blokshēmas logu var tikt veikta, nospiežot <Ctrl> + E

VI priekšējais panelis.

🖻 Generate, Analyze, a	and Displa	ıy [Untitl	ed] Front	Panel *			
Ele Edit Operate Tools Browse 수 준 @ III 13pt App	e Window He lication Font	elp Transition	·@• *	<u>ه</u> ۔			2
	10,0 - 8,0 - 6,0 - 4,0 -				Plot I		~
Andhode	2,0 - 0,0 - -2,0 - -4,0 - -6,0 - -8,0 -						=
RMS	0,0E+0	2,0E+1	4,0E+1 Tir	6,0É+1 ne	8,0E+1	1,0E+2	
0						STOP	
<		ar					>

Blokdiagramma.



Izmainīsim elementāro VI darbības parametrus. Vispirms sāksim ar signālu ģeneratoru. Izmantojot Properties komandu, atvērsim šī VI īpašību logu. Lai būtu signāls. Kuram ir sarežģīta struktūra, kuru jāanalizē, izmantosim t.s. Baltā trokšņa (White noise) ģeneratoru. Attēlā redzams, kāds izskatās signālu ģeneratora radītais izejas signāls – Baltais troksnis ar amplitūdu 0,1.

D Configure Simulate Signal [Simulate Signal]	×
Signal Signal type DC Prequency (Hz) Phase (deg) 10,3 0 Amplitude Offset Duty cycle (%) 1 0 50 ✓ Add noise ✓ ✓ Noise type ✓ ✓ Uniform White Noise ✓ ✓ Noise amplitude Seed number Trials 0,1 -1 1 ✓ Timing ✓ Samples per second (Hz) Iooo 1000 ✓ Automatic Integer number of cycles Actual number of samples Ioo Ioo Actual frequency 10,3 ✓ ✓ ✓	Result Preview 1 0,5 0,5 -1 0,5 -1 0,5 -1 0,5 0,699 Time Time Stamps © Relative to start of measurement Absolute (date and time) Reset Signal Reset Signal Reset Signal Signal Name V Use signal type name Signal name DC with Uniform Noise
	OK Cancel Help

Palaižot šādi modificētu VI, iegūstam šāda izskata grafisko informāciju;



Kā redzams, mums ir pieejams gan signāla grafiskais izskats, gan arī vidējā kvadrātiskā vērtība (**Root Mean Square** jeb RMS logā). Ja vēlamies, izmantojot **Properties** logu, varam izmainīt to parametru, kuru atspoguļos analīzes VI. Var tikt atspoguļotas gan minimālās, gan maksimālās vērtības, gan citi signāla parametri. Piemēram, ja vēlamies uzzināt absolūto amplitūdu (attālumu starp maksimālo un minimālo vērtību), izmantojam **Peak to peak** analīzes elementu. Tiks iegūta šī vērtība eksperimenta laikā (mūsu uzstādījumā tie ir 1000 cikli).

3.2. SIGNALIZĀCIJA VI LIETOTĀJAM

VI sistēma ļauj arī izveidot signalizācijas sistēmu, kas ziņo par to, ka kāds parametrs ir pārsniedzis noteikto līmeni. Ievietosim VI sistēmā gaismas signalizāciju, kas signalizēs par avārijas režīmu. No Controls paletes izvēlamies gaismas diožu bloku (LEDs).

	Controls				- X
	🗘 🔍 Search	0			
1			Text Indicators		
	4	3			<u> </u>
1	Num Ctris	Buttons	Text Ctrls		User Ctrls
	5 10				90) 100
	Num Inds	LEDs	Text Inds	Graph Inds	All Controls

Parādās jauns logs:

🔁 LEDs		
🔂 🔍 Search	0	
	Q	
Square LED	Round LED	

No šī loga izvēlamies sev patīkamāko dizainu – šobrīd tās ir taisnstūra LED diodes, un novietojam tās simbolu uz VI priekšējā paneļa. Tagad tā jaunais izskats ir sekojošs.



Atverot Led diodes Properties logu, izmainām tās nosaukumu uz Bīstami!!!, kā arī nomainām tās krāsas.

🖻 Boolean	Properties: Bostamil!!
Appearance	Operation Documentation
Label — Visit Bīstami!	Caption — Visible
Enabled St	
En	abled
Dis	abled
Dis	abled & grayed
On Off	Show Boolean Text Lock text in center Multiple strings On text ON Off text OFF OFF
	OK Cancel Help

Lai nodrošinātu signalizācijas ieslēgšanos un noteiktu līmeņu ieregulēšanu, izmantosim Functions paletes apakšpaleti Arithmetic and Comparison.

Arithmet	ic & Compa	🗆 🗙				
🗘 🔍 Search	0					
Express Comparison						
FOCOT		Ĵf(x)				
Formula	Scale & Map	Time Domain				
Numeric	Boolean	Comparison				

Tad izvēlamies Comparison izvēlni.

	Express (Comparison				- 0 ×
	🕜 🔍 Search) 8				
	 ∍> Equal?	Not Equal?	Greater?	► Less?	Greater Or =?	less Or =?
				N		ko>
	Equal To 0?	Not Equal To 0?	Greater Than 0?	Less Than 0?	Greater Or = 0?	Less Or = 0?
Į						

Izmantojam elementu Greater than 0?, kuru ieliekam virknē ar LED diodi, un ieejas signālu šis elements saņem no signālģeneratora. Tad, kad signālģeneratora signāls ir lielāks par 0, LED diode spīd ar sarkanu gaismu, bet kad zem 0, ar zaļu gaismu. Slēguma blokshēma ir sekojoša:



NB! Neaizmirstiet ik pa brīdim veikt modificētā VI faila saglabāšanu.

3.3. DATU SAGLABĀŠANA FAILĀ

Lai varētu iegūto informāciju saglabāt faila veidā, VI jāpievieno īpaša izvades ierīce Write LVM Express VI. To var atrast Funkciju paletes Output apakšpaletē.



Tiklīdz izvietojam jauno elementāro VI uz blokshēmas loga, parādās tās konfigurācijas logs, kurā jānorāda saglabājamā faila vieta un vārds. Šajā gadījumā izvēlēts C: diska galvenais katalogs un faila nosaukums ir pirmais .lvm.

Action	Segment Headers
Save to one file Ask user to choose file Ask only once Ask each iteration If a file already exists Rename existing file Use next available file name Append to file	One header per segment One header only No headers X Value Columns One column per channel One column only Empty time column
Overwrite file Save to series of files (multiple files) Settings	Delimiter Tab Comma

Izveidojas papildināta VI sistēma:



Pēc izveidotā VI palaišanas un apturēšanas izveidoto failu pirmais.lvm var atvērt vai nu ar teksta redaktora vai elektroniskās tabulas palīdzību, un turpināt tās apstrādi.

Sistēma var tikt papildināta gan ar automātisku saglabājamā faila palaišanas un apturēšanas funkciju, gan ar īpašu slēdzi manuālai datu saglabāšanas vadīšanai un kontrolei.

3.4. KOPSAVILKUMS

- Sarežģītu LabView VI izveidē neatsverams palīgs ir programmā integrētais palīdzības rīks (Help). Tas paskaidro visas nepieciešamās funkcijas un darbības elementāro VI īpašību maiņai.
- Grafiskā programmēšana ļauj modificēt gan vadības un kontroles instrumentus, gan arī izvadierīces tā, lai tās atbilstu konkrētā operatora

vēlmēm. Var tikt mainīta gan krāsa, gan informācijas izvades princips, gan ierīču un kontroles rīku izvietojums, neizmainot VI darbības kvalitāti un algoritmu.

- LabView ļauj analizēt un saglabāt VI radītos datus, tā nodrošinot iespēju eksperimentu pārbaudei un atkārtojamībai.
- Izveidotos datu failus var apstrādāt ar vienkāršām metodēm un pieejamām programmām – teksta redaktoriem vai elektroniskajām tabulām.

4. PAPILDFUNKCIJAS DARBĀ AR LABVIEW

Apgūstot tālāk LabView pielietošanu, var tikt izmantota vesela papildiespēju plejāde, tādējādi noņemot jebkurus ierobežojumus pētnieku ideju lidojumam.

Ja eksperimentētājam nepietiek ar jau gataviem VI, no kuriem izveidot savu VI sistēmu vai ierīci, ir iespējams radīt pilnīgi jaunu, savu VI ar tām īpašībām, ko noteicis autors.

Ja datorā ir instalēta Datu savākšanas karte (DAQ), LabView programma nodrošina datu savākšanu, apstrādi un saglabāšanu no šīs DAQ. Par to rūpējas LabView DAQ Assistant Express VI. Līdz ar to ar LabView palīdzību dators no virtuāla instrumenta pārvēršas par universālu reālu datu savācēju, analizētāju un uzkrājēju. Eksperimentētājam atliek vienīgi izvēlēties, ko un kādā formā tas vēlas iegūt no savākto datu bāzes.

Programma nodrošina arī dažādu DAQ savstarpēju saslēgumu un komunikāciju interneta tīklā, ļaujot veikt eksperimentu datu apkopošanu no attāluma, eksperimentētājam klāt neesot.

IETEICAMĀ LITERATŪRA UN CITI RESURSI

• LabVIEW Graphical Programming: Practical Applications in Instrumentation and Control (Paperback) by <u>Gary W. Johnson</u>

 LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun (3rd Edition) (National Instruments Virtual Instrumentation Series) (Hardcover) by <u>Jeffrey Travis</u> (Author), <u>Jim Kring</u> (Author)

• LabVIEW for Data Acquisition (Paperback) by <u>Bruce Mihura</u> (Author)

- <u>www.ni.com/labview/</u>
- <u>www.community.ni.com</u>
- www.info-labview.org/



LOOK INSIDE!

